

## 尊敬的顾客

感谢您购买、使用武汉鄂电电力试验设备有限公司、武汉鑫华福电力设备有限公司生产 EDHGQA-C 互感器校验仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

公司地址： 武汉市汉口古田二路汇丰 企业总部丰才楼 118 号

销售热线： 400-034-8088

售后服务： 027-83313329

传 真： 027-83313327

E-mail: whhfdq@163.com

网 址: [www.cepee.cn](http://www.cepee.cn)

## ◆ 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

## ◆ 安全要求

### 警告

在使用中，请随时注意遵守下述注意事项，这是为了避免因电击、短路、事故、火灾或其它危险而可能给使用者造成的严重伤害或者说死亡。注意事项如下，但并不仅限于此。

不要随意打开仪器设备或试图分解其中的部件，也不要对内部作任何变动，此仪器设备没有用户可维修部件。如果使用中出現功能异常，请立即停止使用并交由指定的维修员检修。

避免该仪器设备遭受雨淋，不要在水边或潮湿环境下使用。不要在仪器设备放置盛有液体的容器，以免液体流入仪器设备内。

如果交流电源适配器的电线和插头磨损或损坏及在使用过程中突然没有声音或有异味及烟雾，则立即关闭电源，拔下适配器插头并交由指定的维修员检修。

清洁仪器设备前请先拔电源插头，不要用湿手插拔电源插头。

定期检查电源插头并清除积于其上的污垢。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

---

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。400-034-8088

## 一安全术语

---

**警告：**警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

---

---

**小心：**小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

---

# 目 录

一、互感器校验仪简介	5
二、技术参数	10
三、功能特点	11
四、使用注意事项	12
五、校验仪面板介绍	12
六、仪器操作指南	13
七、测试接线图	15
八、升流器的介绍及说明	18
九、电流电压互感器负荷箱使用	19
十、互感器校验软件介绍	19
十一、中试所检定校验仪接线图	21
十二、仪器的检定维修及保证期	22
十三、仪器附件	23

# 第一章 互感器校验仪简介

## 1、电流互感器：

电流互感器和变压器很相像，变压器接在线路上，主要用来改变线路的电压，而电流互感器接在线路上，主要用来改变线路的电流，所以电流互感器从前也叫做变流器。后来，一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器，把改变线路上电流大小的电器，根据它通过互感的工作原理，叫做电流互感器。

线路上为什么需要变电流呢？这是因为根据发电和用电的不同情况，线路上的电流大小不一，而且相差悬殊，有的只有几安，有的却大至几万安。要直接测量这些大大小小的电流，就需要根据线路电流的大小，制作相应为几安直到几万安不同的许多电流表和其他电气仪表。这样就会给仪表制造带来极大的困难。此外，有的线路是高压的，例如 22 万伏或 1 万伏等高压输电供电线路，要直接用电气仪表测量高压线路上的电流，那是极其危险的，也是绝对不允许的。

如果在线路上接入电流互感器变电流，那么就可以把线路上大大小小的电流，按不同的比例，统一变成大小相近的电流。只要用一种电流规格的电气仪表，例如通用的电流为 5A 的电气仪表，就可以通过电流互感器，测量线路上小至几安和大至几万安的电流。同时电流互感器的基本结构和变压器很相像，它也有两个绕组，一个叫原边绕组或一次绕组；一个叫副边绕组或二次绕组。两个绕组之间有绝缘，使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器在运行时一次绕组 W1 接在线路上，二次绕组 W2 接电气仪表，因此在测量高压线路上的电流时，尽管原边电压很高，但是副边电压却很低，操作人员和仪表都很安全。




图 1 电流互感器原理线路

由此可见，电流互感器除了可以将线路上大小不一的电流变成一定大小的电流，以便于测量之外，还可以起到与线路绝缘的作用，以保证操作人员和仪表的安全。

## 1.1 测量用电流互感器

测量用电流互感器的用途，主要有下列两方面：

(1)用来测量高压线路上的电流和功率，起绝缘隔离的作用，以保证操作人员和仪表的安全。

(2)来测量高压或低压线路上的大电流和大功率，使用统一的 5A 的二次线路和测量仪表。

因此，对于测量用电流互感器主要有三个要求：第一，绝缘必须可靠；第二，必须有一定的测量准确度；第三，仪表保安系数  $F_s$  较小。

电流互感器在测量时，实测的二次电流都是按额定电流比折算为一次电流。这样的折算实际上是有误差的。也就是说，电流互感器实际电流比并不等于额定电流比，二者之间具有一定的误差。因此，测量用电流互感器根据变电流时所产生的误差，规定电流互感器的准确级。国产电流互感器的准确级计有：0.01 级、0.02 级、0.05 级、0.1 级、0.2 级、0.5 级、1 级、3 级和 5 级等。各级电流互感器的允许误差都有详细的规定。但是在额定电流附近，各级电流互感器的误差，也可以大致简单的认为，相应于 0.01 级……5 级，其允许误差为 0.01%……5%。

## 1.2 保护用电流互感器

(1)在电力系统中，为了保证正常供电及保护贵重设备的安全，都有一套由各种继电器控制设备组成的继电保护线路。当电力系统中发生故障时，这些保护仪就会动作，切断故障的线路，如果是偶然的故障，还能够自动合闸，保证正常供电。

(2)保护用电流互感器，就是将线路上的电流变为一定大小的电流，给继电器等保护仪供电。当线路上发生短路或其它故障，使线路上电流剧增时，通过电流互感器供给继电器等保护仪的电流也随着剧增，使继电保护仪动作，切断故障线路。保护用电流互感器的准确级用 5P 和 10P 表示，也相当于其允许误差为 5%或 10%。。

## 2、电压互感器：

电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。

精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限，测量电压、功率和电能的一种仪器。

电压互感器和变压器很相像，都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能，因此容量很大，一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位；而电压互感器变换电压的目的，主要是用来给测量仪表和继电保护仪供电，用来测量线路的电压、功率和电能，或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器，因此电压

互感器的容量很小，一般都只有几伏安、几十伏安，最大也不超过一千伏安。

线路上为什么需要变换电压呢？这是因为根据发电、输电和用电的不同情况，线路上的电压大小不一，而且相差悬殊，有的是低压 220V 和 380V，有的是高压几万伏甚至几十万伏。要直接测量这些低压和高压电压，就需要根据线路电压的大小，制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难，而且更主要的是，要直接制作高压仪表，直接在高压线路上测量电压，那是不可能的，而且也是绝对不允许的。

电压互感器的基本结构和变压器很相似，它也有两个绕组，一个叫一次绕组，一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘，使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电的隔离。电压互感器在运行时，一次绕组  $N_1$  并联接在线路上，二次绕组  $N_2$  并联接仪表或继电器，原理线路如图 2 所示。因此在测量高压线路上的电压时，尽管一次电压很高，但二次却是低压的，可以确保操作人员和仪表的安全。




图 2 电压互感器原理线路

### 3、互感器校验仪的分类：

互感器校验仪的主要用途，是对现场应用的或者在实验室应用的电压互感器和电流互感器进行技术性能的检定。为了实现这一目的，互感器校验仪必须与相关设备构成一套完整的互感器校验仪。由于互感器校验仪的性能指标与相关设备之间存在着密切的技术关联，因此要想正确地研究与理解互感器校验仪的整体概念，必须对互感器校验仪作一基本的了解。

我国互感器校验仪大致可以分为三代：第一代电工类校验仪，使用操作繁琐，接线复杂；第二代校验仪采用较为先进的电子线路，使用较上一代校验仪方便，但在测量过程中需要要人为切换量程档位，测试过程中显示信息少。第三代校验仪大都采用了单片机，使仪器的智能化程度得到提高，部分仪器具有计算机通讯接口，提高了办公自动化水平。

这里主要介绍一下，第三代互感器校验仪的主要特点：

采用单片机来实现测量、控制、显示等功能；

有计算机接口，提高办公自动化水平，减轻人工劳动强度；

够有大屏幕显示，提供友好的操作界面，与丰富的测量信息；

能够自动实现互感器测量，能够自动切换电流电压负载箱；

具备良好的捉住措施，能够及时告之用户错误信息；

仪器能够达到 2 级。目前市场上校验仪大多数采用阻容移相

90° 方法来实现数据测量，这种方法易受到环境温度、电源频率影响，上述环境一旦发生变化，其测量数据将受到很大的影响。

EDHGQA-C 型互感器校验仪采用独特电路原理与 DSP 技术，避免了上述问题。

互感器校验仪从测量原理上来看，又可以分为：直接比较式和测差式两类。

早期的互感器校验仪主要是设计成直接比较式原理，即将标准互感器与被检互感器的次级电压或电流，分别送入互感器校验仪，通过电阻分压器、阻容分压器与磁势比较仪等测量电路，测得两者的差电压或差电流，经过处理就是被检定电压互感器或电流互感器相对于标准互感器的比值差与相位差。这种互感器校验仪的优点是，标准互感器与被检互感器的变比可以不必相等，只要标准互感器的额定初级电压或者额定初级电流大于或等于被检互感器的额定值，就可以直接进行检定，使用比较方便。

这种互感器校验仪的缺点是不能检定次级负载小于 1VA 的互感器；其次，这种互感器校验仪的自身误差直接叠加到标准互感器的误差之中，因为互感器校验仪的元器件误差限制了被检互感器的准确度级别。例如，一台互感器校验仪由于自身元器件限制，其测量误差限值为  $\pm 0.05\%$ ，即使采用更高准确度的标准互感器，也只能用来检定 0.5 级以下级别的互感器。因而，这种缺点就限制了直接比较式互感器校验仪的应用范围。

测差式原理的互感器校验仪是将标准互感器与被检互感器的次级电压或电流送入到互感器校验仪的差接电路，然后由取差环节再送入到测量环节并与互感器的次级工作电压或电流进行比较，给出被检互感器对于标准互感器的比值差与相位差。

由于这种互感器校验仪只是用来测量标准互感器与被检互感器的差值，因而互感器校验仪的误差只是两互感器差值的误差，故其对测量结果的影响自然要小多了。一般来说，不论检定哪一级别的互感器，只要标准互感器符合规定，而互感器校验仪的误差限值只要不大于  $\pm 2\%$  就足够了。这样一来，不但使互感器校验仪容易制作，也降低了成本，而且其应用范围也大大的扩宽了。EDHGQA-C 型互感器校验仪属于测差式的校验仪。EDHGQA-C 型

互感器校验仪，是一种新颖的自动化检测仪器，它运用先进的电子技术，对互感器的误差信号直接采样分解，并经适当运算后，将互感器的百分点、同相误差、正交误差同时以数字量显示出来。仪器操作简便，读数直观，测量迅速，能降低电能消耗，减轻劳动强度；体积小，重量轻，便于携带和现场测试；仪器能在 5% 额定工作电流（电压）下进行测试；另外要求本公司也能生产检测 S 级电流互感器和二次电压为 100/3V 的电压互感器校验仪，此时仪器能在 1% 额定工作电流下测量电流互感器的误差；在检测过程中仪器能方便地随时进行自校，以保证仪器的精度；关键元器件使用进口组件，质量稳定可靠，广泛用于计量、供电等部门和互感器生产厂家，是开展互感器检测的理想仪器。

EDHGQA-C 型互感器校验仪，和用于检定准确度级次 0.01 级至 10 级，额定二次电流为 5A、1A 电流互感器和额定二次电压为 100V、 $100/\sqrt{3}$  V、150V（100/3V、220V）的电压互感器。测量结果直接数字显示，并可为用户配上 RSC232 接口，方便地与计算机相联。

在检定互感器时，仪器可以随时测量被检互感器次级回路的阻抗或导纳的有功分量和无功分量。

在检定互感器时，仪器能自动指示极性。当极性错误时，仪器能自动切断差流（差压）回路，确保仪器输入电路安全。并发出报警，提示检定人员注意。

设备可以作为直角坐标系交流电位计使用，测量交流小电流或交流小电压。

设备可以与隔离 PT 及操作箱一起测量电压互感器的二次压降。

在检定互感器时，仪器可以用标准电流互感器或标准电压互感器作标准，也可以用双级电流互感器，双级电压互感器或感应分压器作比例标准。

设备可以用整体法或元件法进行周期检定。

## 二、技术参数

### 1、设备使用环境

(1)温度:5℃--40℃ 相对湿度:<80%(25℃) 海拔高度:<2500m

电源频率:50Hz±0.5 Hz 电源电压:220V±5V

测量范围:

同相分量(%): 0.0001~200.0 分辨率:0.0001~20.0

正交分量(分):0.001~700.0 分辨率:0.001

阻抗( $\Omega$ ): 0.0001~20.0 分辨率:0.0001~7.00

导纳(ms): 0.0001~20.0 分辨率:0.0001~7.00

(3)基本误差:

同相分量: $\Delta X = \pm (X \times 2\% + Y \times 2\%) \pm D_x$  (有 1 级可选)

正交分量: $\Delta Y = \pm (Y \times 2\% + X \times 2\% \times 34.38) \pm D_y$  (有 1 级可选)

“X”、“Y” —— 仪器的显示值

“ $D_x, D_y$ ” —— 仪器的量化误差

$D_x=2, D_y=5$

(4)百分表: 1.5 级(有 1 级可选)

### 2、工作范围:

(1)电流 : (1%—120%)  $I_n$  ( $I_n = 5A$ )

(5%—120%)  $I_n$  ( $I_n = 1A$ )

压 : (5%—120%)  $U_n$  ( $U_n = 100V, 150V, 100V/\sqrt{3}$ ) (5%—120%)  $U_n$  ( $U_n = 100V/3$ )

### 3、工作负荷:

(1)电流:  $T_0$  对  $T_X < 0.12\Omega$   $\cos\Phi = 1$

(2)电压: a 对 x  $< 0.25VA$  (100V)

### 4、极性错误指示

额定工作电流(电压)的 5%以上, 误差超过 180%时, 应对如极性指示。

注意: 如果大于额定工作电流(电压)的 10%以上, 仍未出现应有的极性指示, 说明有故障, 请不要再增加电流(电压), 以免烧坏仪器。

### 5、变比错误指示:

额定工作电流（电压）的 5%以上，误差超过 30%而小于 180%时，应有变比错误指示。

#### 6、绝缘和耐压试验及说明：

端子 TX ( $\frac{1}{\text{---}}$ ) 端子相通

电源插座对外壳能承受 1.5kV, 1min 耐压

#### 7、互感器校验仪主要特点：

- (1)采用 320×240 点阵液晶，可视范围大，带长寿命背光照明，方便使用；
- (2)全中文操作界面，界面美观；
- (3)百分表、比差、角差采用特大字体显示，方便用户观测；
- (4)完全满足 JJG313-2010 和 JJG314-2010 要求，自动采样；
- (5)自动判断极性错误，变比错误；
- (6)上位机软件具有虚拟仪器开放功能；(7)彻底解决 S 级测量问题；
- (8)自动切换量程；
- (9)采用先进独特电路和 DSP 技术完美结合，彻底解除阻容移相电路不稳定的问题。
- (10)功耗：< 15VA（不带微型打印机）  
< 25VA（带微型打印机）
- (11)谐波抑制比：> 40db

## 第三章 功能特点

- 1、检定电流、电压互感器的角差和比差；
- 2、测试电流互感器二次负载的阻抗；
- 3、测试电压互感器二次负载的导纳；
- 4、测量交流小电流和交流小电压；
- 5、带 RS232 通讯接口。

## 第四章 使用注意事项

- 1、测试前，请先阅读相关接线图，并由有资质的专业人员接线操作。
- 2、如有不清楚，请先电话联系厂家，问清后再操作。
- 3、在接线或拆线前，必须确定校验仪关机，整机电源断电，操作箱断电；
- 4、开机前请仔细检查，确认接线无误，接线牢靠，地线连接；
- 5、在进行电流互感器试验时，请注意二次不能开路，包括不能随意切换电流负载箱的档位；
- 6、电压互感器试验时，请注意二次不能短路。要求必须严格按接线图接线，并可靠接地，同时应围起试验场地，保留足够安全距离，防止他人误入，发生事故；
- 7、做电流互感器试验时，必须按铭牌要求使用规定档位和选用规定的大电流导线和专
- 8、操作本仪的必须是专业（或经过有效培训）人员，严禁非专业人员操作本仪；
- 9、请勿擅自打开本仪的任何部分否则将不能得到有效包修服务，同时也可能发生危险；
- 10、仪保养清洁时，请使用柔软干净棉布擦净即可；
- 11、仪器轻拿轻放，避免雨淋或阳光长时间照射。

## 第五章 校验仪面板介绍

如下图是校验仪的面板，它具有操作方便、显示清晰的优点。




互感器校验仪面板图

- (1) 屏幕液晶显示，分辨率为  $320 \times 240$  点，所有测量数据及操作提示均在其中显示。
- (2) 键盘共有 18 个按键， $\uparrow$ 、 $\downarrow$ 、确定、退出、选择及复位，其它的数字键用于升级用。
- (3) 电源开关

## 第六章 仪器操作指南


1、将测试线接好后接上主机电源，打开电源，如下图为开始界面；



2、按“确认”进入主菜单（如果是单 CT 校验仪，先选择手动测试，然后选择 CT 测试，然后设置过流保护，最后进入测试界面）选择 CT 测量进入互感器校验仪菜单界面，如下图：



多 CT 菜单界面



单 CT 菜单界面

3、测量对象测量对象：电流互感器、电压互感器、阻抗、导纳

二次电流：1A、5A


二次电压：100V、100/3V、150V、100/  $\sqrt{3}$  V

互感器准确度等级：1、0.5、0.2、0.5S（电流互感器）、0.2S（电压互感器）、0.1、0.05、0.02、0.01 级。


4、测试电流互感器时设置参数

在测电流互感器时，从主菜单里将光标移动到 CT 测量通过↑、↓、键选择测量电流互感器，按“确认”键设置被测互感器的二次电流和一次电流，如下图：

、



多 CT 设置界面



单 CT 设置界面

光标移动到“开始测量”，按“确定”键就可进入测量界面；

注意：方向键↑表示大调压器的上升，方向键↓表示大调压器的下降，数字键9表示微调的下降，数字键0表示微调的上升。如下图

测量对象	CT	输出电流	0.001 A
二次电流	5 A	输出电压	0.001 V
一次电流	300 A	过流保护	10 A
百分表	0.000		%
比差	0.0000		%
角差	0.0000		分
正在测量	手动	5.000	10.0

多 CT 测试界面

测量对象	CT	输出电流	A
二次电流	5 A	输出电压	V
等级	0.2 %	过流保护	5 A
百分表			%
比差			%
角差			分

单 CT 测试界面

图中输出电流和输出电压均表示调压器的输出电流和输出电压

注意：自动模式下以上参数均不需要设置，全部由电脑接管。

测试完成后先将调压器慢慢调回零位，再将互感器校验仪按“复位”键退回到开始界面，关掉主机电源，断开调压器输入电源。

电压互感器的测量、阻抗测量和导纳测量方法同电流互感器的测量方法一致。


用户可以参照电流互感器测试方法接线测量。

测试前，请先阅读相关接线图，并由有资质的专业人员接线操作。

如有不清楚，请先电话联系厂家，问清后再操作。


## 第七章 测试接线图

### 1、电流互感器校电流互感器接线




### 2、电流互感器自校接线

需要电流互感器变比相同如 5/5 等



### 3、双级电流互感器校电流互感器




#### 4、电压互感器校电压互感器接线

NOTE: 校验电压互感器时, 一次测大 X 必须可靠接地!

被测电压互感器二次小 x 也要接地,

被测电压互感器中间加电压负荷箱




#### 5、双级电压互感器校电压互感器

NOTE: 校验电压互感器时, 一次测大 X 必须可靠接地!

被测电压互感器二次小 x 也要接地,

被测电压互感器中间加 x 电压负荷箱




#### 6、电压互感器自校接线

需要电压互感器变比相同如 100/100 等

NOTE: 校验电压互感器时, 一次测大 X 必须可靠接地!

被测电压互感器二次小 x 也要接地,

## 被测电压互感器中间加 x 电压负荷箱




## 7、电压互感器校电压互感器接线图（高电位端测量接线方法）

严格按接线图接线，


NOTE：校验电压互感器时，一次测大 X 必须可靠接地！

被测电压互感器二次小 x 也要接地，

## 被测电压互感器中间加 x 电压负荷箱




## 8、测量阻抗



注意：测量阻抗时务必等调压器回零后再变换负载值，否则将危及仪器及设备安全。

## 9、测量导纳



注意：测量导纳时务必等调压器回零后再变换负载值，否则将危及仪器及设备安全。

# 第八章 升流器的介绍及说明

## 1、升流器介绍

升流器用于校验电流互感器时，作为供给电流互感器一次电流的电源或其它 50Hz 单相电流电源设备。

本升流器是由输入绕组（220V、±）、输出绕组（100A 以下）及穿心绕组组成。

铭牌上所注明的输出电流是指穿心绕组允许通过的额定电流。当穿心多匝时，其允许通过的额定电流将成反比下降。

铭牌上所注明的输出容量与输出电流和每匝电压的乘积的比值既为在此输出电流情况下允许穿心的最大匝数。

带脚轮，便于搬运。

## 2、技术指标：

温度：-5— +40℃

湿度：< 80%

容量：5kVA

允许额定电流下长期工作

允许过载 1.5 倍，连续工作 30 分钟。

## 第九章 电流电压互感器负荷箱使用

- 1、电压互感器负荷箱使用时并接到被试电压互感器的 a 与 x 之间。
- 2、电流互感器负荷箱使用时串接到被试电流互感器的 K2 与校验仪的 TX 之间。
- 3、将负荷调节到被试互感器的实际二次负荷。调整负荷时有对应的灯光指示，本负荷箱是电子负荷箱，如果需要手动调整，必须至于手动档位，负荷调整才会有对应的灯光指示。

注：部分电流互感器的二次负荷是以容量来表示的，单位为 VA。


电流互感器负荷箱的负荷一般是以电阻值来表示的，单位为 $\Omega$ 。它们的转换关系为：

容量 (VA) = 电阻值 ( $\Omega$ ) × 二次电流 (A) × 二次电流 (A)

- 4、注意事项：据用户要求可特殊定制不同要求的负荷箱。

电流负荷箱扣除外接导线电阻  $0.06\Omega$  (或  $0.05$ )，是指由于负荷箱实际使用时，被试互感器的负载除负荷箱以外还有连接导线的电阻。如果  $\cos\phi=1$ ,  $0.4\Omega$ , 实际负荷箱的电阻为  $0.4-0.06=0.34\Omega$ ;  $\cos\phi=0.8$ ,  $0.4\Omega$ , 实际负荷箱的电阻  $R=0.4\times 0.8-0.06=0.26\Omega$ , 电抗  $X=0.4\times 0.6=0.24\Omega$ 。

## 第十章 互感器校验软件介绍



### 1、系统介绍

互感器误差数据管理系统的主要任务是以互感器基本数据为线索，按《国家计量检定

规程》对互感器进行检定、查询统计、计划报表等进行管理。

2、其主要功能有：

互感器按《国家计量检定规程》进行检定管理；

测试数据可以通过人工录入，也可调用本公司一体化校验仪的测试数据，实现互感器校验、管理一体化；

实现控制校验仪及台体自动完成互感器的测量；

丰富的统计查询功能，包括统计和查询在某一时间段内所检定的设备情况，统计和查询某检定人员在某一时间段内所完成的工作量及检定情况；

按满足用户需要设计的数据库备份和恢复功能；

完整的系统使用教程和在线联机帮助，方便用户使用。

测试界面如图



**电流测试**

基本信息

测试编号: C2014822001\_1    额定一次: 600    额定二次: 5    满载负荷: 5.0  
 轻载负荷: 3.75    相别:    准确度: 0.5    功率因数: 0.8  
 一次接线:    二次接线:    比差最大变差:    角差最大变差:

互感器实时数据

百分比(%):    当前互感器: C2014822001    通信状态:     
 比差(%):    角差('):    输出电压(V):    输出电流(A):

测试数据

百分比	满载				角差(')				轻载				角差(')			
	上升值	下降值	平均值	修约值	上升值	下降值	平均值	修约值	上升值	下降值	平均值	修约值	上升值	下降值	平均值	修约值
5%																
20%																
100%																
120%																


同一互感器已做测试信息列表

测试编号	额定一次	额定二次	满载负荷	轻载负荷	相别	准确度	功率因数


按钮: 全程测试, 复位, 新量程, 曲线图, 修改, 删除, 保存, 关闭

# 第十一章 中试所检定校验仪接线图


## 1、检定电流互感器




## 2、检定电压互感器



## 3、检定阻抗



#### 4、检定导线



#### 5、操作步骤:

按接线图接线

- (1)打开仪器电源
- (2)选择正确的“二次电压/电流”
- (3)选择“开始测量”进行校验

注意:

- (1)严格按图接线
- (2)换线时,先把百分表降下来,关机后再接线

## 第十二章 仪器的检定维修及保证期

- 1、本仪器应放在环境温度+5℃—40℃，相对湿度小于 85%的室内，周围空气不得有腐蚀性气体。
- 2、本仪器检定周期为一年。
- 3、本仪器在正常使用情况下，保证期自出厂日起为 12 个月，在 12 个月内如确因仪器制造质量问题而非使用不当所造成的故障，由本公司负责修理或更换。
- 4、仪器发生故障应有熟悉电子线路并有相当修理经验的技术人员，充分阅读本说明书，弄清信号流程，逐步排除故障。其他人员不得擅自打开仪器修理。

## 第十三章 仪器附件

- 1、仪器使用说明书一份
- 2、仪器合格证书一份
- 3、仪器电源线一根
- 4、备用保险管二只

常规仪器的额定二次电流为 1A、5A，额定二次电压为 100V，100/3V， $100/\sqrt{3}$  V，若需要订购特殊要求的仪器，请在合同中注明。